



# Datenblatt: E110W

Kroepelin GmbH  
Gartenstraße 50  
D-36381 Schlüchtern

Tel.: 06661 86 0  
Fax: 06661 86 39  
Mail: sales@kroepelin.com  
Web: www.kroepelin.com

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

Gerät für die Messung  
an Wachsabdrücken



Technische Änderungen vorbehalten

**Serie:** Dental  
**Messbereich:** 0 - 2 mm  
**Anzeigebereich:** 0 - 10,5 mm  
**Zifferschrittwert:**  
**Skalenteilungswert:** 0,01 mm  
**Messkraft:** 0,1 - 0,4 N  
**Gerätgewicht:** ca. 120 g

(Zulässige Abweichungen nach  
VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)  
**Fehlergrenze "G":** 0,03 mm  
**Wiederholgrenze "r":** 0,015 mm

**Bezugstemperatur:** 20° C  
**Betriebstemperatur:** 10° C - 30° C  
**Lagertemperatur:** -10° C - 50° C

**Maßstab:** 1:1  
**Zeichnung-Nr.:** IDW-E110W-DB  
**Erstelldatum:** 31.01.2011  
**Bearbeiter:** Buchholz  
**Änderungsstand:** 2151 / MHe  
**Änderungsdatum:** 05.01.2017